

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2025-09-24-006127-a
Назва предмета закупівлі	Автоматичний аналізатор ШОЕ ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори
Очікувана вартість закупівлі	92 0000,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

**Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі**

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Автоматичний аналізатор ШОЕ за кодом ДК 021 : 2015 - 38430000-8 -Детектори та аналізатори

№	Назва товару	Код НК 024-2023	Од.	Кіл-ть
1	Автоматичний аналізатор ШОЕ Модель: BK-ESR20	56694 - Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro	шт	1

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі, якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№	Найменування вимоги	Відповідність ТАК/НІ, з посиланням на сторінку технічної документації
	Автоматичний аналізатор ШОЕ Модель: ВК-ESR20	
1	Прилад повинен мати відкриту систему і працювати без обмеження кількості тестів та без використання смарт-карт, флеш-накопичувачів та ін., які містять попередньо встановлений ліміт досліджень	
2	Прилад повинен працювати без прямого контакту зі зразками крові та без відходів у вигляді рідин	
3	Повинен мати LCD сенсорний екран з діагоналлю дисплею не менше 7 дюймів	
4	Швидкість тестування повинна складати не більше ніж 30 хв/цикл	
5	Діапазон вимірювання ШОЕ не гірше 0 – 150 мм/год	
6	Період детектування не більше 3 хв.	
7	Кількість зразків для одночасного завантаження повинна складати не більше 20 пробірок	
8	Можливість визначення гематокриту	
9	Пропускна здатність, не менше 40 тестів на годину	
10	Об'єм зразка крові необхідний для тесту має бути не більше 1.3 мл	
11	Наявність вбудованого термопринтера	
12	Метод вимірювання ШОЕ – інфрачервоне виявлення	
13	Висота стовпця крові з антикоагулянтом в пробірці в діапазоні 46 мм – 64 мм	
14	Точність зчитування, не гірше 0.2 мм	
15	Тип завантаження пробірок в аналізатор – безперервний	
16	Вага приладу не більше 5 кг.	
17	Розмір приладу (Ш x В x Г)), не більше 230мм×260мм×190мм	
18	Можливість перегляду кривої ШОЕ	
18	Автоматична корекція температури до 18 С методом інтерполяції	
19	Діапазон корекції результатів має бути в діапазоні від 15°C до 32°C	
20	Можливість підключення до ПК	
21	Передача даних до ЛІС	
22	Головний інтерфейс має відображати такі параметри, як: режим роботи, температура, час, робочий стан	
23	Кольорова індикація стану кожного каналу вимірювання	
24	Автоматичне виявлення пробірки в каналі вимірювання і автоматичний запуск вимірювання ШОЕ	