

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2025-09-24-003972-a
Назва предмета закупівлі	Пробірки вакуумні ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
Очікувана вартість закупівлі	5 600,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі 2000 штука Пробірка вакуумна: Об'єм 3,6 мл., розмір: 13x75 мм, наповнювач: цитрат натрію 3,8%, колір кришки: Блакитний, стерильна Підтверджується, що • Колір кришки • • Допустимі значення: • Одиничний вибір • Блакитний • Наповнювач • • Допустимі значення: • Одиничний вибір • цитрат натрію 3,8% • Розмір, мм • • Допустимі значення: • Одиничний вибір • 13x75 • Стерильність • • Очікувана відповідь: Так • Об'єм (мілілітр) • • від: 3.6 • до: 3.6	