

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-01-23-010247-a
Назва предмета закупівлі	Голка для спінальної анестезії ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали
Очікувана вартість закупівлі	28 590,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Голка для спінальної анестезії, стерильна, тип вістря голки Квінке, розмір 22G, довжина голки 88 мм, діаметр голки 0,7 мм, без провідникової голки, тип з'єднання Luer Lock – 300 штук

Підтверджується, що

- Розмір

Допустимі значення:

Мультивибір

22G

- Розмір голки провідника

Допустимі значення:

Мультивибір

Без провідникової голки

- Тип з'єднання

Допустимі значення:

Мультивибір

Luer Lock

- Тип вістря голки

Допустимі значення:

Мультивибір

Квінке

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Діаметр голки (міліметр)

Очікувана відповідь: 0.7 міліметр

- Довжина голки (міліметр)

Очікувана відповідь: 88 міліметр