

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-01-23-000688-a
Назва предмета закупівлі	Медичні матеріали ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали
Очікувана вартість закупівлі	53 050,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Катетер Фолея, стерильний, одноразовий, двоканальний (2-ходовий), розмір 18 Fr, об'єм балона: 30 мл, довжина: 390 см – 800 шт

Підтверджується, що

- Канали

Допустимі значення:

Мультивибір

Двоканальний (2-ходовий)

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Катетери урологічні

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Довжина

Допустимі значення:

Мультивибір

390

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Розмір, Fr (Французька шкала)

від:

до:

- Об'єм балона (мілілітр)

від:

до:

Катетер ентеральний живлячий одноразовий, стерильний, з мітками Fr 18 – 250 шт

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Катетери порожнинні

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Наявність міток

Очікувана відповідь: Так

- Довжина (міліметр)

від:

- Розмір, Fr (Французька шкала)

Очікувана відповідь: 18 Французька шкала

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

Дренаж Прямий Fr 24, стерильний, з кольоровим кодуванням, термопластичний ПВХ, довжиною 530 мм. – 200 шт

Підтверджується, що

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

- Прямий

- Матеріал виготовлення

Допустимі значення:

Мультивибір

- Прозорий термопластичний ПВХ

- Ренгеноконтрасна смужка вздовж усієї трубки

Очікувана відповідь: Ні

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

- Розмір дренажа, Fg (одиниця)

Очікувана відповідь: 24 одиниця

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так