

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-01-14-005885-a
Назва предмета закупівлі	Швидкі тести ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
Очікувана вартість закупівлі	711 300,00 грн. в т.ч.: - 519 300,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ - 192 000,00 грн. за рахунок власних коштів

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Швидкий тест для Виявлення антитіл до бактерії сифілісу, матеріал дослідження : Цільна кров, формат тесту: Тест-касета, специфічність від : 95 %, чутливість від : 95 % - 4000 шт

Підтверджується, що

- Формат тесту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

Тест-касета

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Виявлення антитіл до бактерії сифілісу

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

Цільна кров

- Специфічність (відсоток)

від:

до:

- Чутливість (відсоток)

від:

до:

Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Призначення: Виявлення вірусу гепатиту В, Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Сироватка, Цільна кров, Плазма, Специфічність від 95%, Чутливість від 95%, Формат тесту: Тест-касета – 2600 шт

Підтверджується, що

- Формат тесту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

Тест-касета

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Виявлення вірусу гепатиту В

- Метод аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

ІХА

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

Плазма
 Сироватка
 Цільна кров

- Чутливість (відсоток)

від:

до:

- Специфічність (відсоток)

від:

до: 100

Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Цільна кров, Сироватка, Плазма, Специфічність від : 95%, Чутливість від: 95%, Формат тесту: Тест-касета – 2600 шт

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С

- Метод аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

ІХА

- Формат тесту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

Тест-касета

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

- Цільна кров
- Сироватка
- Плазма

- Чутливість (відсоток)

від: 95

до: 100

- Специфічність (відсоток)

від: 95

до: 100

Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Призначення: Виявлення антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2,

Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Цільна кров, Специфічність: 95-100 %, Чутливість: 95-100 %, Формат тесту: Тест-касета – 1800 шт

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

- Виявлення антитіл до ВІЛ-2
- Виявлення антитіл до ВІЛ-1

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

- Цільна кров

- Метод аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

- ІХА

- Формат тесту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

- Тест-касета

- Чутливість (відсоток)

від:

до:

- Специфічність (відсоток)

від:

до:

Тест-система для визначення D-димеру для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 – 100шт

Підтверджується, що

- Маркер, який визначається

Допустимі значення:

Мультивибір

- D-димер

- Метод аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флуоресцентний
- Імуноаналіз

- Спосіб аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

- Кількісний

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

- Плазма

- Формат тесту

Допустимі значення:

Мультивибір

- Тест-касета

- Назва аналізатора

Допустимі значення:

Мультивибір

- LS-1100

- Кількість тест-касет (штука)

Очікувана відповідь: 25 штука

Тест-набір для визначення Серцевий тропонін I для аналізатора LS-1100 – 500шт

Підтверджується, що

- Метод аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

- Флуоресцентний
- Імуноаналіз

- Спосіб аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

- Кількісний

- Формат тесту

Допустимі значення:

Мультивибір

- Тест-касета

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

- Сироватка
- Плазма

- Маркер, який визначається

Допустимі значення:

Мультивибір

- Сердцевий тропонін I

- Назва аналізатора

Допустимі значення:

Мультивибір

- LS-1100

- Кількість тест-касет (штука)

Очікувана відповідь: 25 штука

Тест-смужки для експрес аналізу сечі на кетони №50 – 50 шт

Підтверджується, що

- Формат тесту

Допустимі значення:

Мультивибір

Тест-смужка

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

Сеча

- Аналіт кетон

Очікувана відповідь: Так

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

від: