

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-01-23-001868-a
Назва предмета закупівлі	Трубка ендотрахеальна ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації
Очікувана вартість закупівлі	10 656,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Трубка ендотрахеальна одноразова армована, з манжетою, діаметром 7 мм – 40 шт

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Оральна інтубація

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразова

- Армована

Очікувана відповідь: Так

- Конектор

Очікувана відповідь: Так

- Клапан заповнення манжети з пілотним балоном

Очікувана відповідь: Так

- Атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі

Очікувана відповідь: Так

- Діаметр трубки (міліметр)

Очікувана відповідь: 7 міліметр

- Наявність манжети

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

Трубка ендотрахеальна одноразова армована, з манжетою, діаметром 7,5 мм – 100 шт

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Оральна інтубація

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразова

- Конектор

Очікувана відповідь: Так

- Армована

Очікувана відповідь: Так

- Атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі

Очікувана відповідь: Так

- Наявність манжети

Очікувана відповідь: Так

- Клапан заповнення манжети з пілотним балоном

Очікувана відповідь: Так

- Діаметр трубки (міліметр)

Очікувана відповідь: 7.5 міліметр

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

Трубка ендотрахеальна одноразова армована, з манжетою, діаметром 8 мм - 40 штук

Підтверджується, що

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразова

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Оральна інтубація

- Наявність манжети

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Армована

Очікувана відповідь: Так

- Діаметр трубки (міліметр)

Очікувана відповідь: 8 міліметр

- Клапан заповнення манжети з пілотним балоном

Очікувана відповідь: Так

- Атрауматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі

Очікувана відповідь: Так

- Конектор

Очікувана відповідь: Так