

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-02-10-000644-a
Назва предмета закупівлі	Анестезійні та реанімаційні інструменти ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації
Очікувана вартість закупівлі	19 040,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Трубка ендотрахеальна/інтубаційна: Одноразова, Стерильна, Діаметр трубки: 7.00 міліметр, Оральна інтубація, Наявність манжети, Атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі, Конектор, Клапан заповнення манжети з пілотним балоном, Армована – 50 штук

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Оральна інтубація

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразова

- Армована

Очікувана відповідь: Так

- Конектор

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Клапан заповнення манжети з пілотним балоном

Очікувана відповідь: Так

- Атривматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі

Очікувана відповідь: Так

- Наявність манжети

Очікувана відповідь: Так

- Діаметр трубки (міліметр)

від:

до:

Трубка ендотрахеальна/інтубаційна:Одноразова, Стерильна, Діаметр трубки: 7.50 міліметр, Оральна інтубація, Наявність манжети, Атривматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі, Конектор, Клапан заповнення манжети з пілотним балоном, Армована – 100 штук

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Оральна інтубація

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразова

- Діаметр трубки (міліметр)

від:

до:

- Армована

Очікувана відповідь: Так

- Клапан заповнення манжети з пілотним балоном

Очікувана відповідь: Так

- Конектор

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі

Очікувана відповідь: Так

- Наявність манжети

Очікувана відповідь: Так

Трубка ендотрахеальна/інтубаційна:Одноразова, Стерильна, Діаметр трубки: 8.00 міліметр, Оральна інтубація, Наявність манжети, Атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі, Конектор, Клапан заповнення манжети з пілотним балоном, Армована – 50 штук

Підтверджується, що

- Кількість використань

Допустимі значення:

Мультивибір

- Одноразова

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

- Оральна інтубація

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Конектор

Очікувана відповідь: Так

- Клапан заповнення манжети з пілотним балоном

Очікувана відповідь: Так

- Атравматичний дистальний кінець з боковим отвором по Мерфі

Очікувана відповідь: Так

- Наявність манжети

Очікувана відповідь: Так

- Армована

Очікувана відповідь: Так

- Діаметр трубки (міліметр)

від:

до: