

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-03-25-013118-a
Назва предмета закупівлі	Катетори і процедурні набори ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали
Очікувана вартість закупівлі	390 229,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Катетер внутрішньовенний 18G з додатковим ін`єкційним портом, довжина катетера 33 мм, відкритого типу, без подовжувача, з рентгенконтрастною смужкою, кольорове кодування – 200 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Відкритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

18G

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

Катетер внутрішньовенний 20G з додатковим ін'єкційним портом, довжина катетера 32 мм, відкритого типу, без захисного механізму голки, без подовжувача, з рентгенконтрастною смужкою – 50 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Відкритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

20G

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Ні

- Довжина катетера, мм (міліметр)

Очікувана відповідь: 32 міліметр

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

Катетер внутрішньовенний 22G з додатковим ін'єкційним портом, довжина катетера 25 мм, відкритого типу,

без захисного механізму голки, без подовжувача, з рентгенконтрастною смужкою – 9400 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Відкритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

22G

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

- Довжина катетера, мм (міліметр)

Очікувана відповідь: 25 міліметр

Катетер внутрішньовенний 24G з додатковим ін'єкційним портом, довжина катетера 19 мм, відкритого типу, без захисного механізму голки, без подовжувача, з рентгенконтрастною смужкою – 6600 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Відкритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

24G

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

- Довжина катетера, мм (міліметр)

Очікувана відповідь: 19 міліметр

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

Катетер внутрішньовенний 26G з додатковим ін'єкційним портом, довжина катетера 19 мм, відкритого типу, без захисного механізму голки, без подовжувача, з рентгенконтрастною смужкою, кольорове кодування – 200 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Відкритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

26G

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

- Довжина катетера, мм (міліметр)

Очікувана відповідь: 19 міліметр

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Ні

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Ні

Катетер внутрішньовенний 18G з додатковим ін'єкційним портом, довжина катетера 32 мм, закритого типу, захисний механізм голки, з подовжувачем, з рентгенконтрастною смужкою, колорове кодування – 500 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Закритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

18G

- Довжина катетера, мм (міліметр)

Очікувана відповідь: 32 міліметр

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Так

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Так

Катетер внутрішньовенний 20G з додатковим ін'єкційним портом, довжина катетера 32 мм, закритого типу, захисний механізм голки, з подовжувачем, з рентгенконтрастною смужкою, кольорове кодування – 200 штук

Підтверджується, що

- Особливість конструкції

Допустимі значення:

Мультивибір

Закритого типу

- Розмір канюлі

Допустимі значення:

Мультивибір

20G

- Наявність крилець

Очікувана відповідь: Так

- Довжина катетера, мм (міліметр)

Очікувана відповідь: 32 міліметр

- Наявність рентгенконтрастних смужок катетеру

Очікувана відповідь: Так

- Захисний механізм голки

Очікувана відповідь: Так

- Наявність подовжувача

Очікувана відповідь: Так

- Наявність додаткового ін'єкційного порту

Очікувана відповідь: Так

- Кольорове кодування

Очікувана відповідь: Так

Процедурний набір в індивідуальній упаковці, нестерильний, склад: мундштук з індивідуальною фільтруючою мембраною, кліпса назальна – 200 штук

Технічні характеристики

- Пакування

Допустимі значення:

Мультивибір

Індивідуальна упаковка

- Матеріал

Допустимі значення:

Мультивибір

Полівінілхлорид

- Кліпса назальна

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Ні

- Мундштук з індивідуальною фільтруючою мембраною

Очікувана відповідь: Так

