

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-03-12-000561-a
Назва предмета закупівлі	Гінекологічне крісло з електричним приводом ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
Очікувана вартість закупівлі	170 000,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

**Гінекологічне крісло з електричним приводом
за кодом ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

№	Назва товару	Код НК 024-2023	Код НК 024-2024	Од.	Кіл-ть
1	Гінекологічне крісло з електричним приводом	38447 - Крісло загального огляду електричне	V080201 - Медичні крісла з електричним приводом	шт	1

Загальні вимоги:

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність запропонованого ним предмета закупівлі зазначеним у цьому Додатку технічним характеристикам щодо даного предмету закупівлі.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вище.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку та/або внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

На підтвердження Учасник повинен надати завірнену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту або довідка про те, що ці документи будуть надані в момент передачі товару.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в

терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути виготовлений не раніше 2025 року та гарантійний термін (строк) його експлуатації повинен становити не менше 12 (дванадцяти) місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа, в якому він повинен зазначити дату виготовлення запропонованого ним товару та гарантійний термін (строк) його експлуатації.

№	Медико-технічні характеристики	Параметри	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного документу
1	Загальні вимоги до гінекологічного крісла		
1.1	Крісло для гінекологічного огляду та втручання для гінекології, урології та малих хірургічних операцій	Відповідність	
1.2	Живлення	220 В, 50 Гц	
1.3	Рух спинки повинен здійснюватися за допомогою мотору	Відповідність	
1.4	Рух секції для ніг повинен здійснюватися за допомогою мотору	Відповідність	
1.5	Рух по висоті повинен здійснюватися за допомогою мотору	Відповідність	
1.6	Налаштування Транделенбургу повинно здійснюватися за допомогою мотору	Відповідність	
1.7	Пульт керування, на якому є налаштування висоти, положення Транделенбурга, рух спинки, секції для ніг	Відповідність	
1.8	Сталева конструкція повинна бути оцинкована та покрита електростатичним порошком для захисту від корозії.	Відповідність	
1.9	Аксесуари можна легко зняти та встановити для чищення.	Відповідність	
1.10	Конструкція повинна бути покрита АБС пластиком	Відповідність	
1.11	Діапазон налаштування висоти, не гірше	650-900 мм	
1.12	Ширина крісла, не менше	580 мм	
1.13	Довжина крісла, не менше	1780 мм	
1.14	Висота спинки, не менше	770 мм	
1.15	Оббивка виробу із вінілексу або аналогічного матеріалу	Відповідність	
1.16	Колір оббивки виробу	Червоний	
1.17	Налаштування Транделенбургу, не менше	25°	

1.18	Налаштування спинки, не гірше	0-75°	
1.19	Налаштування секції для ніг, не гірше	0–85°	
1.20	Вага, не більше	117 кг	
1.21	Кількість секцій крісла, не менше	3 шт	
2	Комплектація крісла		
2.1	Опори для ніг	2 шт.	
2.2	Опори для рук	2 шт.	
2.3	Таз для відходів	1 шт.	
2.4	Сходи́нка для полегшення доступу до крісла	1 шт.	

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».