

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-03-20-012024-a
Назва предмета закупівлі	Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
Очікувана вартість закупівлі	227 720 грн. в т.ч.: - 109 580,000 грн. за рахунок власних коштів - 118 140,00 - за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Комбінований тест на 10 наркотиків : амфетамін (AMP500)/кокаїн (COC300)/марихуану (THC50)/метамфетамін (MET500)/морфін (MOR300)/фенциклідин (PCP25)/бензодіазепін (BZO300)/екстазі (MDMA500)/метадон (MTD300)/барбітурати (BAR300) в сечі – 2000 штук

Підтверджується, що

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

- Швидкий тест на амфетамін (AMP500)
- Швидкий тест на кокаїн (COC300)
- Швидкий тест на бензодіазепін (BZO300)
- Швидкий тест на морфін (MOR300)
- Швидкий тест на метамфетамін (MET500)
- Швидкий тест на метадон (MTD300)
- Швидкий тест на фенциклідин (PCP25)
- Швидкий тест на марихуану (THC50)
- Швидкий тест на барбітурати (BAR300)
- Швидкий тест на екстазі (MDMA500)

- Формат тесту

Допустимі значення:

Мультивибір

- Тест-смужка
- Тест-панель

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Мультивибір

Сеча

- Метод аналізу

Допустимі значення:

Мультивибір

ІХА

- Чутливість (відсоток)

від:

- Специфічність (відсоток)

від:

Тести швидкі для контролю якості: критерії: 134/5 °C/хв., 180/60 °C/хв., 120/45 °C/хв., 121/20 °C/хв., 132/20 °C/хв., 160/150 °C/хв., для фізичного контролю стериліз., параметри: парова стериліз. зовні упаковки, стериліз. сухим теплом зовні упаковки – 2000 штук

Технічні характеристики

- Критерії вимірювання

Допустимі значення:

Мультивибір

- 160/150 °C/хв.
 120/45 °C/хв.
 180/60 °C/хв.
 132/20 °C/хв.
 134/5 °C/хв.
 121/20 °C/хв.

- Клас індикатора

Допустимі значення:

Мультивибір

Смугі індикаторні 1 класу

- Призначення

Допустимі значення:

Мультивибір

Фізичний контроль стерилізації

- Контроль параметрів

Допустимі значення:

Мультивибір

- Парова стерилізації зовні упаковки
- Стерилізація сухим теплом зовні упаковки