

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-03-25-012203-a
Назва предмета закупівлі	Шприци, системи ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали
Очікувана вартість закупівлі	1 621 799,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

Шприц інсуліновий U-100, 1мл, змінна голка 25G , стерильний, додаткова голка - 2000 штук

Підтверджується, що

- Концентрація інсуліну

Допустимі значення:

Мультивибір

U-100

- Тип кріплення голки

Допустимі значення:

Мультивибір

Змінна голка

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

Інсуліновий

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Так

- Розмір голки, G (одиниця)

від:

до:

Шприц ін'єкційний, 3-х компонент., одноразовий, стерильний, 2 мл, одна голка в комплекті - 17600 штук

Підтверджується, що

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

3-х компонентний

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO

Допустиме значення:

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Ні

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

Шприци: ін'єкційний об'ємом 5 мл, 3-х компонентний, стерильний, одноразовий, з голкою 22G в комплекті, з кріпленням Luer Slip - 150500 штук

Підтверджується, що

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

3-х компонентний

- Тип кріплення голки

Допустимі значення:

Мультивибір

Luer Slip

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

Очікувана відповідь: 5 мілілітр

- Розмір голки, G (одиниця)

Очікувана відповідь: 22 одиниця

Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 10 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, без додаткової голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO – 80600 штук

Підтверджується, що

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

3-х компонентний

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Ні

- Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

Шприц ін'єкційний, 2-х компонентний, одноразовий, стерильний, безпечний, 10 мл, з ковпачком для блокування голки, з двома голками - 5000 штук

Підтверджується, що

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

2-х компонентний

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Так

- Наявність ковпачка для блокування голки

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

- Шприц безпечний (наявність безпечної голки)

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

Шприци: ін'єкційний об'ємом 20 мл, 3-х компонентний, стерильний, одноразовий, з голкою 21G в комплекті, з кріпленням Luer Slip – 48300 штук

Підтверджується, що

- Тип кріплення голки

Допустимі значення:

Мультивибір

Luer Slip

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

3-х компонентний

- Об'єм, мл (мілілітр)

Очікувана відповідь: 20 мілілітр

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Розмір голки, G (одиниця)

Очікувана відповідь: 21 одиниця

Комплект 3-х компонент. шприців ін'єкційних, об'єм 5 мл, одноразовий, з двома голками. спиртовими серветками та відкривачем для ампул – 500 штук

Підтверджується, що

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

3-х компонентний

- Відкривач для ампул

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO

Очікувана відповідь: Так

- Серветка спиртова в комплекті

Очікувана відповідь: Так

- Саморуїнування

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність ковпачка для блокування голки

Очікувана відповідь: Так

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

від:

до:

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

Комплект 3-х компонент. шприців ін'єкційних, об'єм 2 мл, одноразовий, з двома голками. спиртовими серветками та відкривачем для ампул – 200 штук

Підтверджується, що

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

3-х компонентний

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Так

- Наявність ковпачка для блокування голки

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

- Саморуїнування

Очікувана відповідь: Ні

- Відкривач для ампул

Очікувана відповідь: Так

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

від:

до:

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO

Очікувана відповідь: Так

- Серветка спиртова в комплекті

Очікувана відповідь: Так

Шприц ін'єкційний, 2-х компонентний, одноразовий, стерильний, безпечний, 20 мл, з ковпачком для блокування голки, з двома голками – 300 штук

Підтверджується, що

- Кількість застосувань

Допустимі значення:

Мультивибір

Одноразовий

- Наявність голки

Допустимі значення:

Мультивибір

В комплекті

- Тип

Допустимі значення:

Мультивибір

2-х компонентний

- Вид

Допустимі значення:

Мультивибір

Шприц ін'єкційний

- Наявність ковпачка для блокування голки

Очікувана відповідь: Так

- Об'єм, мл (мілілітр)

від:

до:

- Наявність додаткової голки

Очікувана відповідь: Так

- Стерильність

Очікувана відповідь: Так

- Шприц безпечний (наявність безпечної голки)

Очікувана відповідь: Так

Система ПР (інфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Slip, ін'єкційна голка 21G, довжина від 1500 до 1600 – 41500 штук

Підтверджується, що

- Тип з'єднання трубки з голкою

Допустимі значення:

Мультивибір

Luer Slip

- Розмір ін'єкційної голки

Допустимі значення:

Мультивибір

21G

- Матеріал голки для з'єднання з резервуаром

Допустимі значення:

Мультивибір

Метал

- Вид системи

Допустимі значення:

Мультивибір

ПР (інфузійна)

- Матеріал ін'єкційної голки

Допустимі значення:

Мультивибір

Метал

- Регулятор швидкості потоку роликовий

Очікувана відповідь: Так

- Довжина трубки (міліметр)

від:

до:

- Стерильність, апірогенність, нетоксичність

Очікувана відповідь: Так

- Наявність ін'єкційної голки

Очікувана відповідь: Так

Система: ПР (інфузійна), стерильна, апірогенна, нетоксична, з регулятор швидкості потоку, тип з'єднання: Luer Lock, без ін'єкційної голки, довжина: 1800 мм, інфузія під тиском, з додатковим ін. портом, кількість потокових трубок: 1 – 2000 штук

Підтверджується, що

- Вид системи

Допустимі значення:

Мультивибір

ПР (інфузійна)

- Тип з'єднання трубки з голкою

Допустимі значення:

Мультивибір

Luer Lock

- Стерильність, апірогенність, нетоксичність

Очікувана відповідь: Так

- Регулятор швидкості потоку роликівий

Очікувана відповідь: Так

- Кількість потокових трубок (штука)

від:

до:

- Захист від фотонів світла

Очікувана відповідь: Ні

- Інфузія під тиском

Очікувана відповідь: Так

- Наявність фільтру розміром 0.2 мкм

Очікувана відповідь: Ні

- Наявність ін'єкційної голки

Очікувана відповідь: Ні

- Додатковий ін'єкційний порт

Очікувана відповідь: Так

- Довжина трубки (міліметр)

від:

до: