

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,  
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ  
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-05-25-003167-a
Назва предмета закупівлі	Водяна баня (код НК 024:2023 / НК 031:2024: 15107 Ванна для флотації, /W0202059080 РІЗНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ГІСТОЛОГІЇ / ЦИТОЛОГІЇ –АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ) <b>ДК 021:2015: 33950000-4 — Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини</b>
Очікувана вартість закупівлі	26 000,00 грн. за рахунок власних коштів

Обґрунтування  
технічних та якісних  
характеристик  
закупівлі

**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Водяна баня (код НК 024:2023 / НК 031:2024: 15107 Ванна для флотації, /W0202059080 РІЗНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ГІСТОЛОГІЇ / ЦИТОЛОГІЇ –АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ)**

**Специфікація до закупівлі:**

№ /п	Найменування товару (марка, тип, вид)	Національний класифікатор НК 024:2023 /НК 031:2024 «Класифікатор медичних виробів	Одиниця виміру	Кількість
	Водяна баня	15107 Ванна для флотації, /W0202059080 РІЗНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ГІСТОЛОГІЇ / ЦИТОЛОГІЇ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ)	Шт.	1

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого Товару у кількості та строки,

визначені тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати документальне підтвердження офіційного походження товару та можливості його поставки. Таким підтвердженням може бути лист виробника, представництва, філії виробника (за наявності відповідних повноважень на території України), представника, дилера, дистриб'ютора, сертифікат офіційного партнера, договір поставки або інший документ, що підтверджує можливість поставки товару у строки та на умовах, визначених тендерною документацією.

4. Учасник повинен провести навчання при інсталяції з персоналом Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

8. Строк поставки відповідно до умов договору про закупівлю

#### Медико-технічні вимоги до закупівлі

№ п/п	Найменування технічної або іншої вимоги	Вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника
1	Водяна баня – 1 шт.		
11	Водяна баня для призначена для використання у патоморфології	Відповідність	
1.2	Ємність, л, не менше	2,5	
1.3	Максимальна температура нагрівання, °С, не менше	70	
1.4	Розміри, мм, не менше	250 x 65	

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі її невідповідності технічним вимогам тендерної документації.

ПРИМІТКА: всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника