

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-06-30-000212-a
Назва предмета закупівлі	Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
Очікувана вартість закупівлі	27 500,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення бактерії Clostridium difficile (токсин А (TcdA))/(токсин В (TcdB)), Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Фекалії, Специфічність від 95%, Чутливість від 95%, Формат тесту:Тест-касета – 100 штук Підтверджується, що - Формат тесту Допустимі значення: Одиничний вибір ☐ Тест-касета - Призначення Допустимі значення: Мультивибір ☐ Виявлення бактерії Clostridium difficile (токсин В (TcdB)) ☐ Виявлення бактерії Clostridium difficile (токсин А (TcdA)) - Метод аналізу Допустимі значення: Мультивибір ☐ ІХА - Матеріал дослідження Допустимі значення: Мультивибір ☐ Фекалії	

- Специфічність (відсоток)

від:

до:

- Чутливість (відсоток)

від:

до: