

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-06-26-009175-a
Назва предмета закупівлі	ПЛАЗМОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР, НК 024:2023 – 36305 Плазмовий стерилізатор; НК 031:2024 – Z12011309 Стерилізатори плазми. ПОВІТРЯНИЙ СТЕРИЛІЗАТОР, НК 024:2023 – 35364 Стерилізатор сухожаровий; НК 031:2024 – Z12011307 Сухоповітряні стерилізатори ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
Очікувана вартість закупівлі	1 798 000,00 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ПЛАЗМОВИЙ СТЕРИЛІЗАТОР, НК 024:2023 – 36305 Плазмовий стерилізатор; НК 031:2024 – Z12011309 Стерилізатори плазми. ПОВІТРЯНИЙ СТЕРИЛІЗАТОР, НК 024:2023 – 35364 Стерилізатор сухожаровий; НК 031:2024 – Z12011307 Сухоповітряні стерилізатори)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№	ДК 021:2015	НК 024:2023	НК 031:2024	Найменування товару	Од-ця виміру	Кіл-ть
1	33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 33191100-6 Стерилізатори	36305 Плазмовий стерилізатор	Z12011309 Стерилізатори плазми	Плазмовий стерилізатор	штука	1
2	33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 33191100-6 Стерилізатори	35364 Стерилізатор сухожаровий	Z12011307 Сухоповітряні стерилізатори	Повітряний стерилізатор	штука	1

Медико-технічні вимоги до плазмового стерилізатора (1 шт.)

№ п/п	Технічні вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкцій експлуатаційно-технічної документації, каталогу, тощо	
1.	Устаткування призначене для стерилізації для стерилізації багаторазових медичних виробів та інструментів, нестійких до високої температури та вологості	відповідність	
	Технічні характеристики		
2.	Тип стерилізатора – низькотемпературний плазмовий	відповідність	

3.	Тип стерилізуючого агента – пара/плазма перексиду водню	відповідність		
4.	Рівень забезпечення стерильності (SAL)	не гірше 10 ⁻⁶		
5.	Рідкокристалічний дисплей (екран) не менше 10 дюймів, для відображення параметрів стерилізаційного циклу і сервісної інформації	відповідність		
6.	Система перевірки кількості перекису та розрахунок кількості циклів	відповідність		
7.	Габаритні розміри, не більше	730x630x900 мм		
8.	Розмір верхньої камери, не менше	550x220x210 мм		
9.	Розмір нижньої камери, не менше	320x220x280 мм		
10.	Секції камери, не менше	2 камери		
11.	Вага стерилізатора, не більше	145 кг		
12.	Концентрація перексиду водню не менше	55-60 %		
13.	Функція відображення кількості циклів, що залишились на стерилізацію	відповідність		
14.	Корисний об'єм, не менше	42 л.		
15.	Матеріал камери	алюміній		
16.	Тривалість швидкого циклу стерилізації	20±5хв.		
17.	Тривалість стандартного циклу стерилізації	40±5хв.		
18.	Тривалість спеціального циклу стерилізації	50 ±5хв.		
19.	Температура циклу, не більше	50°±5 С		
20.	Звукова сигналізація завершення циклу стерилізації	відповідність		
21.	Максимальна споживана потужність, не більше	3 кВт		
22.	Допустимий шум при роботі. не більше	60 дБ		
23.	Блокування дверей під час стерилізації	відповідність		
24.	Сумка для стерилізації з індикаторами, 75мм, довжина не менше 80 метрів	1 рулон		
25.	Сумка для стерилізації з індикаторами, 100мм, довжина не менше 80 метрів	1 рулон		
26.	Сумка для стерилізації з індикаторами, 150мм, довжина не менше 80 метрів	1 рулон		
27.	Сумка для стерилізації з індикаторами, 200мм, довжина не менше 80 метрів	1 рулон		
28.	Сумка для стерилізації з індикаторами, 250мм, довжина не менше 80 метрів	1 рулон		
29.	Сумка для стерилізації з індикаторами, 300мм, довжина не менше 80 метрів	1 рулон		
30.	Біологічний інкубатор	наявність		
31.	Індикаторні стрічки в комплекті	наявність		
32.	Біологічні індикатори в комплекті	30 шт		
33.	Термопапір у комплекті	20 рулонів		
34.	Тканина для загортання	150 шт		

Повітряний стерилізатор (1 шт)

	Параметри	Вимоги	Відповідність (так/ні) посилання на сторінку відповідності документації
1.	Об'єм камери, л	Не менше 100	
2.	Висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу	Відповідність	
3.	Розміри стерилізаційної камери, мм, ШxВxГ	Не більше 720x320x440	
4.	Підтримувані режими роботи, град. С / хв	режим 1 - 85/30 режим 2 - 120/45	

		режим 3 - 160/150 режим 4 - 180/60 режим 5 – 250/60 можливість встановлення 5 режимів в діапазоні 50...250 град С, 1...999 хв.		
5.	Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С	+ (-) 3		
6.	Напруга живлення, В	220		
7.	Час нагріву до температури стерилізації, хв	Не більше 30+ (-) 5		
8.	Максимальна споживана потужність, кВт	Не більше 2		
9.	Кіл-ть завантажувальних касет	Не менше 6		
10.	Габаритні розміри, мм (ш.в.г.)	Не більше 820x565x610		
11.	Середній термін служби, років	Не менше 10		
12.	Модуль WI-FI	наявність		
13.	Підставка під стерилізатор ш.г.в. – (700x580x730), мм Максимальне навантаження на підставку 60 кг Розбірна	наявність		
14.	Запис не менше ніж 100 стерилізаційних процесів у пам'ять стерилізатора	наявність		
15.	Підключення мобільного пристрою з можливістю перегляду 100 раніше записаних стерилізаційних процесів з виведенням графіку	наявність		
16.	Гарантійний термін, місяців	Не менше 12		
17.	Клас ризику	II б		
18.	Рік виготовлення	Не раніше 2025		

Посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент/аналог».
Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці

значення: