

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro	UA-2026-09-25-010646-a
Назва предмета закупівлі	Касети для цифрової та традиційної рентгенографії ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
Очікуваний план закупівлі	158 110грн. - за рахунок коштів коштів НСЗУ
Очікувана вартість закупівлі	131 758,30 грн. за рахунок коштів НСЗУ

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі

№ п/п	Найменування	Медико-технічні вимоги	Од. вим.	Кількість	Відповідність вимогам (зазначити «так/ні» з посиланням на номер сторінки відповідного документу)
1	Касета для цифрової рентгенографії KODAK Point-of-Care CR Cassette with Screen, Type A 14×17" (35×43 см) (або еквівалент)	Касета для комп'ютерної рентгенографії (CR). Призначена для отримання, накопичення та подальшого зчитування рентгенівського зображення за допомогою CR-системи. Тип: касета з фотостимульованим накопичувальним екраном (phosphor imaging plate) для цифрової рентгенографії. Розмір: 14×17" (35×43 см) Екран: фотостимульований накопичувальний рентгенівський екран, призначений для багаторазового циклу експонування, зчитування та стирання. Конструкція: світлонепроникна касета, що забезпечує захист фотостимульованого накопичувального екрана від зовнішнього освітлення під час експонування, транспортування та зчитування. Функціональні вимоги: повинна забезпечувати накопичення рентгенівського зображення на	штука	1	

		фотостимульованому екрані та його подальше зчитування відповідною CR-системою. Сумісність: повинна бути сумісною з наявною у Замовника системою комп'ютерної рентгенографії та забезпечувати коректне завантаження, зчитування і стирання фотостимульованого екрана.			
2	Касета AGFA CP CASSETTE / AGFA CPB 400 30 x 40 см (або еквівалент)	Касета світлонепроникна, призначена для заряджання рентгенівською плівкою та проведення традиційної рентгенографії. Розмір: 30×40 см. Конструкція: магнітна сендвіч-структура; конструкція повинна забезпечувати щільне прилягання рентгенівської плівки до підсилювального екрана та ефективне видалення повітря при закриванні касети. Передня кришка: повинна забезпечувати мінімальне поглинання рентгенівського випромінювання. Корпус: ударостійкий матеріал, придатний для багаторазового використання в умовах медичного закладу. Внутрішня конструкція: світлонепроникний шар та елемент для фіксації підсилювального екрана. Підсилювальний екран: рідкоземельний люмінофор на основі Gd₂O₂S(Tb). Чутливість підсилювального екрана: 400 за міжнародною системою ISO. Кут відкривання касети: до 180°. Призначення: для використання з рентгенівською плівкою відповідного формату.	штука	2	
3	Касета AGFA CP CASSETTE / AGFA CPB 400 24 x 30 см (або еквівалент)	Касета світлонепроникна, призначена для заряджання рентгенівською плівкою та проведення традиційної рентгенографії. Розмір: 24×30 см. Конструкція: магнітна сендвіч-структура; конструкція повинна забезпечувати щільне прилягання рентгенівської плівки до підсилювального	штука	2	

		екрана та ефективно видалення повітря при закриванні касети. Передня кришка: повинна забезпечувати мінімальне поглинання рентгенівського випромінювання. Корпус: ударостійкий матеріал, придатний для багаторазового використання в умовах медичного закладу. Внутрішня конструкція: світлонепроникний шар та елемент для фіксації підсилювального екрана. Підсилювальний екран: рідкоземельний люмінофор на основі $Gd_2O_3:Sb,Tb$. Чутливість підсилювального екрана: 400 за міжнародною системою ISO. Кут відкривання касети: до 180°. Призначення: для використання з рентгенівською плівкою відповідного формату.				
--	--	--	--	--	--	--